

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/2806/2019**Data: 18/09/2019****RUBRICA:**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS Nº

057606 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 9301**Data Limite** : 30/06/2019**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 57606**Data** : 27/06/2019**Resumo** : O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS para prestação de serviço de locação de equipamento MAMÓGRAFO ,destinado a atender as UNIDADES da REDE da FUNDAÇÃO MUNICIPAL de SAÚDE de NITERÓI-RJ pelo prazo de 12 meses.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
65419	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
142733	12	MÊS	<p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</p> <p>RESUMO: APARELHO DE MAMOGRAFO COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:</p> <p>GERADOR MONOFASICO DE ALTA FREQUENCIA COM NO MIMNIMO DE 4KW,INTERVALO MAXIMO DE 22-49KV EM 1KV GAMA MAS 4 A 600MAS VARIAM 100 LF 30 SF INTERVALO DE TEMPO 0,04 A 10 .</p> <p>CONTROLE AUTOMATICO ATRAVES DE PHOTOMULTIPLICADOR CONTROLE DE PARAMETROS AEC MODO= MAS (MILI AMPERES POE SEGUNDO)CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR MA COM DISPAROS DE TIROS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO;</p> <p>TUBO RESFRIADO PELO AR COM AQUECIMENTO MAXIMO DE 90.000 UNIDADES;TAXA DE DISPERSÃO CAPACIDADE DE CALOR DE 60.000 POR MINUTO TAMANHO DO PONTO FOCAL 0,1 À 0,3 MILIMETROS (STANDART MUNDIAL) TUBO MOLYDBENUM/VANADIUM NUMERO DE MATERIAL DE FILTRO MO 0,03 MILIMETROS 1,0 MILIMETROS AI</p> <p>CARACTERISTICA DO CONJUNTO DO POSICIONAMENTO E SISTEMA DE COMPRESSÃO;</p> <p>TUBO ELETROMAGNETICOS COM ROTAÇÃO EM GRAUS DE +/-18 DISTANCIA DE 56,61,66 DA FONTE /DISTANCIA EM CM (DIGITAL) PNEUMATICO CARACTERISTICA DA IMAGEM DE GRAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO CHASSI PARA 18 MILIMETROS MEDIA X25MM,25 MILIMETROS X 30 MILIMETROS REVELADO GRADE EM RELAÇÃO AO 5-1 BUCKEU</p> <p>OPADRAO COM</p> <p>SISTEMA DE AMPLIAÇÃO GRAU 1,3XA 1,9X</p> <p>PESO DO EQUIPAMENTO S/EMBALAGEM :MAXIMO DE 1250 LIBRAS</p> <p>DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 91X68X62 POLEGADAS</p>		6.475,00	77.700,00

TOTAL GERAL**77.700,00**